



REGISTRO FICHA NET
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Clase de Artículo

Material de Laboratorio

Sub Clase de Artículo

ID

5,180

Código MEF

B511000060465

Nombre

MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 5 - 50 μ L

Otra(s) Denominación(es)

MICROPIPETA DE 8 CANALES VOLUMEN VARIABLE 5 μ L - 50 μ L

Característica

Pipeta autoclavable.
Con una fuerza de expulsión de 0.6 kg.
Con sellos elastomericos.
Expulsores de punta de polímero.
El mango ergonómico rediseñado para un descanso perfecto de la mano, para disminuir el cansancio y tener un buen rendimiento de pipeteo.

Error sistemático y aleatorio:

Rango de volumen

5 μ L - 50 μ L

Incremento (manual)

0.05 μ L

Exactitud \pm

5 μ L: 3.5% / 0.18 μ L; 25 μ L: 1.2% / 0.3 μ L; 50 μ L: 0.8% / 0.4 μ L

Precisión \pm

5 μ L: 2% / 0.075 μ L; 25 μ L: 0.5% / 0.125 μ L; 50 μ L: 0.4% / 0.2 μ L

Tecnología de punta

Sistema LiteTouch LTS

Los canales

8

Documentos

Hoja técnica Certificado de calibración del fabricante Garantía de 2 años



REGISTRO FICHA NET
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Forma de Presentación

Unidad

Peso Molecular

Porcentaje Pureza

Fórmula

Densidad

PH

Temperatura de Almacenamiento

Vigencia

Observación