



REGISTRO FICHA NET

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Clase de Artículo

Equipo

Sub Clase de Artículo

ID

1,996

Código MEF

B532201910001

Nombre

AGITADOR ORBITAL - AGITADOR DE ROTACION CIRCULAR

Otra(s) Denominación(es)

AGITADOR ORBITAL - AGITADOR DE ROTACION CIRCULAR

Característica

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Agitador orbital universal para procesos de laboratorio de alta velocidad de rotación. PARÁMETROS –Dimensiones: 276 x 334 x 130 mm. –Peso: 8.0 Kg. –Carga máxima: 4.0Kg –Pantalla digital –Plataforma. Adaptable con plataforma UP12. –Temporizador y funcionamiento continuo. –Velocidad: de 0 a 300 rpm y Orbita de 10mm. –Precisión: +/- 5 rpm (a 100 rpm). –Accesorios: Soporte Universal, Plataforma universal, 04 abrazaderas metálicas para matraces de 2 L., 02 abrazaderas para matraces de 1 L. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA Adaptador 100 - 240 V, 50-60 HZ INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN OPERACIONAL El proveedor deberá: -Instalar el equipo y sus componentes en el laboratorio usuario. -Realizar un protocolo de pruebas del equipo en presencia de los usuarios en el lugar de destino, debiendo demostrar el adecuado funcionamiento del equipo y de todos sus componentes y/o accesorios. GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO -Garantía de perfecto funcionamiento por un periodo mínimo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la recepción conforme del equipo. -Compromiso de soporte técnico y suministro de repuestos por un periodo mínimo de dos años (02) años. ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y POST VENTA -Capacitación en el uso correcto del equipo dirigido a los usuarios del equipo con una duración mínima de 2 horas -Mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía contratado, que consta de la ejecución de al menos dos inspecciones y mantenimientos preventivos por año, ejecutados en el lugar de instalación del equipo. DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO -Manual de operación y funcionamiento original en idioma español. -Manual de servicio técnico original y en idioma español. -Certificado de garantía del fabricante y proveedor. -Certificado de calibración según corresponda.

Documentos

-Manual de operación y funcionamiento original en idioma español. -Manual de servicio técnico original y en idioma español. -Certificado de garantía del fabricante y proveedor. -Certificado de calibración según corresponda.



REGISTRO FICHA NET
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Forma de Presentación

Unidad

Peso Molecular

Porcentaje Pureza

Fórmula

Densidad

PH

Temperatura de Almacenamiento

Vigencia

Observación