



N° 053 -2022-OA-HEVES

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Villa El Salvador, 13 JUL. 2022

VISTO:

El Expediente N° 22-013333-001, que contiene la Nota Informativa N° 583-2022-DAEyCC-HEVES de fecha 21 de junio del 2022, suscrito por el Jefe del Departamento de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos, respecto a la Estandarización para la "Adquisición de Cassette para Esterilización por Plasma de Peróxido de Hidrógeno x 1 Proceso, de la marca RENOSEN";

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen las disposiciones orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos, de tal manera que las contrataciones de bienes, servicios y obras se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que *"El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad"*;

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que *"En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia"*;

Que, el Anexo Único "Anexo de Definiciones" del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, define a la Estandarización como el *"Proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes"*;

Que, mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobó la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD que establece los "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada Marca o Tipo Particular", la cual tiene por objeto orientar a las Entidades que requieran contratar bienes o servicios haciendo referencia a determinada marca o tipo particular, delimitando los supuestos en los que procede tal contratación, así como el proceso de estandarización que, para tal efecto, deberán llevar a cabo;

Que, el numeral 7.1 de la mencionada Directiva señala que *"La estandarización debe responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad. En tal*



I. Leon M.



E. ROJAS C.



A. RIVEROS F.



J. RIVERO V.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital de Emergencias
Villa El Salvador"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

sentido, el área usuaria de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización";

Que, del mismo modo el numeral 7.2 de la acotada Directiva, refiere para que proceda la estandarización, debe verificarse los siguientes presupuestos: a) *La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados, y b) Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura (...);*

Que, asimismo, el numeral 7.3. de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, establece que "*Cuando en una contratación en particular el área usuaria - aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias - considere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos, deberá elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:*

- a) *La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.*
- b) *De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de producto; así como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda.*
- c) *El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido.*
- d) *La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y la incidencia económica de la contratación.*
- e) *Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta la estandarización del bien o servicio, y del jefe del área usuaria.*
- f) *La fecha de elaboración del informe técnico.*

Que, conforme al numeral 7.6 de la referida Directiva, la estandarización no supone la existencia de un proveedor único nacional, es decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de estandarización no enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir más de un proveedor, con lo cual, en principio la Entidad se encontraría obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al proveedor con el cual celebrará el contrato;

Que, a través de la Nota Informativa N° 147-2022-SAYCQ/DAEyCC-HEVES de fecha 15 de junio del 2022, remitido con la Nota Informativa N° 583-2022-DAEyCC-HEVES de fecha 21 de junio de 2022, por el Departamento de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos, se sustenta el pedido de estandarización por el periodo de un (1) año, para la "Adquisición de Cassette para Esterilización por Plasma de Peróxido de Hidrógeno x 1 Proceso, de la marca RENOSEN", señalando que, en la actualidad el Hospital de Emergencias Villa El Salvador cuenta con un Equipo Esterilizador por Plasma de Peróxido de Hidrógeno, que permite esterilizar materiales a baja temperatura e inactivar microorganismos en forma rápida y remover residuos peligrosos; por lo que, es necesario adquirir el Cassette para Esterilización de la misma marca y modelo del Equipo Esterilizador, con la finalidad de garantizar la funcionalidad y operatividad del Equipo de Esterilización;

Que, con respecto a los requisitos legales, el área usuaria indica que el Hospital de Emergencias Villa El Salvador cuenta con un Equipo de Esterilización por Plasma de Peróxido de Hidrógeno de la marca RESONEN, en ese sentido, resulta necesario la adquisición de suministros y/o consumibles originales para el equipamiento preexistente. De igual forma, sustenta la



I. Leon M.



E. ROJAS C.



A. RIVEROS F.



J. RIVERO V.



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital de Emergencias
Villa El Salvador"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

complementariedad de la adquisición señalando que el Equipo de Esterilización requiere de un cassette para esterilización, el cual contiene un indicador químico de fuga en cada lado del paquete, que en caso de fuga, cambia de amarillo a rojo y es visible a través de un empaque de plástico transparente que protege al personal de la manipulación, aún en el caso de un derrame; logrando de esta manera, elevar los niveles de eficiencia en la atención y satisfacción de los pacientes, y finalmente describe la incidencia económica de la adquisición, manifestando que el fabricante del equipo de esterilización recomienda el uso de suministros originales, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo y sus componentes internos, así como también prolongar la vida útil de dicho equipo; caso contrario el equipo podría presentar problemas de funcionamiento, afectando la inversión realizada en su adquisición;

Que, mediante Informe N° 092-2022-UL-OA-HEVES de fecha 27 de junio de 2022, el Jefe de la Unidad de Logística señala que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos y presupuestos obligatorios para proceder con el procedimiento de estandarización; por lo que, concluye que el pedido de estandarización, por el periodo de un (01) año, cumple con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD - "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada Marca o Tipo Particular", tanto en el sustento como en la forma señalada en el numeral 7.2 de la referida Directiva, siendo procedente la Estandarización para la "Adquisición de Cassette para Esterilización por Plasma de Peróxido de Hidrógeno x 1 Proceso, de la marca RENOSN o equivalente";



I. Leon M.

Que, mediante Informe N° 129-2022-UAJ/HEVES, la Jefa (e) de la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que, al verificarse el cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y en su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, además de los establecidos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD - "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada Marca o Tipo Particular", aprobado con Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, resulta procedente aprobar el proceso de estandarización para la "Adquisición de Cassette para Esterilización por Plasma de Peróxido de Hidrógeno x 1 Proceso, de la marca RENOSN o equivalente", de conformidad con las características de los bienes contenidos en las especificaciones técnicas remitidos con Nota Informativa N° 147-2022-SAYCQ/DAEyCC-HEVES;



E. ROJAS C.



A. RIVEROS F.

Que, la Estandarización de Bienes y Servicios, requiere aprobación mediante Resolución Administrativa expedida por el Jefe de la Oficina de Administración, en virtud a las facultades conferidas mediante Resolución Directoral N° 03-2022-DE-HEVES de fecha 18 de enero de 2022, y su rectificatoria mediante Resolución Directoral N° 007-2022-DE-HEVES de fecha 21 de enero de 2022;



J. RIVERO V.

Estando a lo informado por el Jefe del Departamento de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos en la Nota Informativa N° 583-2022-DAEyCC-HEVES, y a lo opinado por la Unidad de Logística en el Informe N° 092-2022-UL-OA-HEVES, y la Unidad de Asesoría Jurídica en el Informe N° 129-2022-UAJ/HEVES;

Con el visto de la Jefa (e) de la Unidad de Asesoría Jurídica, del Jefe de la Unidad de Logística; y del Jefe de Departamento de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD - "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada Marca o Tipo Particular", aprobado con Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, y de acuerdo a lo previsto en el Manual de Operaciones (MOP) del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, aprobado por la Resolución Jefatural N° 381-2016-IGSS;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Proceso de Estandarización para la **ADQUISICIÓN DE CASSETTE PARA ESTERILIZACIÓN POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 1 PROCESO, DE LA MARCA RENOSEN O EQUIVALENTE**, de conformidad con las especificaciones técnicas que como anexo se adjuntan a la presente Resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Estandarización referida en el artículo precedente, tendrá una vigencia de un (1) año, computándose a partir del día siguiente de su aprobación, precisándose que en caso de variar las condiciones que la determinaron, esta quedará sin efecto.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación de la presente Resolución Administrativa, en el Portal Institucional del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS DE VILLA EL SALVADOR


Lic. Adm. Isabel J. León Martel
CLAD N° 25926
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



IJLM/ERRC/JPRV/ACRF

Distribución:

- () Unidad de Asesoría Jurídica.
- () Unidad de Logística.
- () Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional.
- () Departamento de Atención de Emergencias y Cuidados Críticos.
- () Archivo.