ENERGIA Y LABORATORIOS S.A.C.

Dirección :	Jr. Los Palmitos N° 127 Los Jardines - San Juan de Lurigancho
Código de Registro	LC - 060
Acreditado con la Norma	NTP-ISO/IEC 17025:2017
Expediente	N° 001-2021-DA-E
Vigencia de la Acreditación:	Del 2022-09-10 al 2025-09-09
Fecha de Actualización	2022-09-14

Disciplina/Magnitud Dimensional

	Calibración o Servicio de Medición				Intervalo de Medicion o Alcance de Medición			Condiciones de Medición/Variables Independientes		Incertidumbre Expandida					Incertidumbre Expandida del Laboratorio					Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar					Patrón de Referencia usado en la calibración		Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición	Comentarios
ITEM	Subdisciplina	Instrumento de medición o Artefacto	Método de Calibración	Procedimiento de Calibración	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Patrón	Fuente de la Trazabilidad		
1	Longitud	Pie de Rey	Comparación directa	PC-012 "Procedimiento para la calibración de pie de Rey", Quinta Edición, 2012, Indecopi.	0*	300	mm	Temperatura Humedad Resolución	18 °C a 22 °C < 80 %HR ≥ 0,01 mm	(5,84² + 0,03² x L²)^(1/2) (**) L: Longitud en mm	µm	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Bloques de Longitud grado 0	INACAL-DM	ILT-LI-1493	(*) Valor de referencia inicial tomado en la calibración (**) Se ha considerado que los errores debido a la repetibilidad, medicion de cambio de superficie, superficie compleja, contacto lineal, superficies exteriores y cruce de puntos son nulos.

Disciplina/Magnitud: Tensión CC; Tensión CA; Resistencia; Intesidad CC; Intensidad CA

	Calibración o Servicio de Medición				Intervalo de Medicion o Alcance de Medición			Condiciones de Medición/Variables Independientes		Incertidumbre Expandida					Incertidumbre Expandida del Laboratorio					Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar					Patrón de Referencia usado en la calibración		Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición	Comentarios
ITEM	Subdisciplina	Instrumento de medición o Artefacto	Método de Calibración	Procedimiento de Calibración	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Patrón	Fuente de la Trazabilidad		
1	Tensión CC Tensión Continua	Multímetro Digital Megohmetro Digital Pinza Amperimétrica o multimétrica Telurómetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,01	900	V	Temperatura Humedad	20 °C a 26 °C < 80 %HR	Matriz 1	Matriz 1	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal. Valido para Tensión DC en valores negativos
2	Tensión CA Tensión Alterna	Multímetro Digital Megohmetro Digital Pinza Amperimétrica o multimétrica Telurómetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,01	900	V	Temperatura Humedad Frecuencia	20 °C a 26 °C < 80 %HR 60 Hz	Matriz 2	Matriz 2	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.
3	Tensión CA Tensión Alterna	Multímetro Digital Megohmetro Digital Pinza Amperimétrica o multimétrica Telurómetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,01	900	V	Temperatura Humedad Frecuencia	20 °C a 26 °C < 80 %HR 1 kHz	Matriz 3	Matriz 3	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.
4	Resistencia Eléctrica	Multímetro Digital Pinza Amperimétrica o multimétrica Megohmetro Digital (*) Telurómetro Digital(*)	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,01	45000	kΩ	Temperatura Humedad	20 °C a 26 °C < 80 %HR	Matriz 4	Matriz 4	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal. (*) No aplica para resistencia a tierra o de aislamiento.
5	Intensidad CC	Multímetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,001	9	A	Temperatura Humedad	20 °C a 26 °C < 80 %HR	Matriz 5	Matriz 5	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal. Valido para Corriente DC en valores negativo
6	Intensidad CA	Multímetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,001	9	A	Temperatura Humedad Frecuencia	20 °C a 26 °C < 80 %HR 60 Hz	Matriz 6	Matriz 6	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.
7	Intensidad CA	Multímetro Digital	Comparación directa	PC-021 "Procedimiento para la Calibración de Multimetros Digitales"- Segunda Edición-2016	0,001	9	A	Temperatura Humedad Frecuencia	20 °C a 26 °C < 80 %HR 1 kHz	Matriz 7	Matriz 7	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.
6	Intensidad CC	Pinza Amperimetrica o Pinza Multimétrica	Comparación indirecta	PC-025 "Procedimiento para la Calibración pinzas amperimétricas", Primera Edición, Enero 2019, INACAL-DM	1	900	A	Temperatura Humedad	20 °C a 26 °C < 80 %HR	Matriz 8	Matriz 8	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.
7	Intensidad CA	Pinza Amperimetrica o Pinza Multimétrica	Comparación indirecta	PC-025 "Procedimiento para la Calibración pinzas amperimétricas", Primera Edición, Enero 2019, INACAL-DM	1	900	A	Temperatura Humedad Frecuencia	20 °C a 26 °C < 80 %HR 60 Hz	Matriz 9	Matriz 9	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Calibrador Multifunción 5502A	INACAL-DM	Ensayo de Aptitud DM LE 12 INACAL-DM	La incertidumbre para valores intermedios a los declarados se calculan con una interpolación lineal.

Disciplina/Magnitud Presión y Vacío

	Calibración o Servicio de Medición				Intervalo de Medicion o Alcance de Medición			Condiciones de Medición/Variables Independientes		Incertidumbre Expandida					Incertidumbre Expandida del Laboratorio					Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar					Patrón de Referencia usado en la calibración		Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición	Comentarios
ITEM	Subdisciplina	Instrumento de medición o Artefacto	Método de Calibración	Procedimiento de Calibración	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Patrón	Fuente de la Trazabilidad		
1	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	[30	200]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	0,31	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------
2	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<200	500]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	1,2	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------
3	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<500	1000]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	2,2	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------
4	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<1000	2000]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	5,2	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------

5	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<2000	3000]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	7,8	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------
6	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<3000	5000]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	12	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------
7	Presión Relativa Hidrúlica	Manómetro con clase mayor o igual a 1 %FS	Comparación Directa	PC-004 "Procedimiento para la calibración de instrumentos de medida de presión relativa con clase mayor o igual a 0,05 %FS", Tercera Edición, Agosto 2019, INACAL-DM.	<5000	10000]	psi	Temperatura Humedad Clase	18 °C a 23 °C < 80 %HR ≥ 1 %	20	psi	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Manómetro digital con clase de exactitud 0,05 %FS	INACAL-DM	ILT-LI-003M	----------

Disciplina/Magnitud Masa

ITEM	Calibración o Servicio de Medición				Intervalo de Medicion o Alcance de Medición			Condiciones de Medición/Variables Independientes		Incertidumbre Expandida					Incertidumbre Expandida del Laboratorio					Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar					Patrón de Referencia usado en la calibración		Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición	Comentarios
	Subdisciplina	Instrumento de medición o Artefacto	Método de Calibración	Procedimiento de Calibración	Valor Mínimo	Valor Máximo	Unidades	Parámetro	Especificaciones	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Expresión	Unidades	Factor de Cobertura	Nivel de Confianza	¿La Incertidumbre Expandida es relativa?	Patrón	Fuente de la Trazabilidad		
1	Masa	Pesa	Comparación por sustitución simple	PC-008 "Procedimiento para la calibración de pesas de clase de exactitud $M_{1,2}$,M_2,$M_{2,}$ y M_1 de la NMP-004:2007", Primera Edición, Abril 2021, INACAL-DM.	10	10	kg	Temperatura Humedad	18 °C a 27 °C Sin condensación	0,11	g	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Pesa patrón de clase de exactitud F1	INACAL-DM	DM-LM-42	----------
2	Masa	Pesa	Comparación por sustitución simple	PC-008 "Procedimiento para la calibración de pesas de clase de exactitud $M_{1,2}$,M_2,$M_{2,}$ y M_1 de la NMP-004:2007", Primera Edición, Abril 2021, INACAL-DM.	20	20	kg	Temperatura Humedad	18 °C a 27 °C Sin condensación	0,20	g	2	95 %	No	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	Pesa patrón de clase de exactitud F1	INACAL-DM	DM-LM-42	----------

PC-021 "Procedimiento para la calibración de multímetros digitales"

Matriz 1
Función Tensión DC
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
500 mV	50.00	0.012	mV
	70.00	0.013	
	100.00	0.014	
	200.00	0.015	
	300.00	0.016	
	400.00	0.017	
5 V	1.0000	0.00012	V
	2.0000	0.00022	
	3.0000	0.00032	
	4.0000	0.00042	
	5.0000	0.00052	
50 V	10.000	0.0012	V
	20.000	0.0022	
	30.000	0.0032	
	40.000	0.0042	
	50.000	0.0052	
500 V	100.00	0.012	V
	200.00	0.013	
	300.00	0.014	
	400.00	0.015	
	500.00	0.016	
1000 V	100.0	0.012	V
	400.0	0.013	
	700.0	0.014	
	900.0	0.015	
	1000	0.016	

Matriz 2
Función Tensión AC
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)
Frecuencia de 45 Hz

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
500 mV	50.00	0.025	mV
	90.00	0.025	
	100.00	0.025	
	200.00	0.025	
	300.00	0.025	
	400.00	0.025	
5 V	1.0000	0.0006	V
	2.0000	0.0006	
	3.0000	0.0006	
	4.0000	0.0006	
	5.0000	0.0006	
50 V	10.000	0.006	V
	20.000	0.006	
	30.000	0.006	
	40.000	0.006	
	50.000	0.006	
500	100.00	0.06	V
	200.00	0.06	
	300.00	0.06	
	400.00	0.06	
	500.00	0.06	
1000	100.0	0.06	V
	400.0	0.06	
	700.0	0.06	
	900.0	0.06	
	1000	0.06	

Matriz 3
Función Tensión AC
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)
Frecuencia de 1 kHz

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
500 mV	50.00	0.025	mV
	90.00	0.025	
	100.00	0.025	
	200.00	0.025	
	300.00	0.025	
	400.00	0.025	
5 V	1.0000	0.0006	V
	2.0000	0.0006	
	3.0000	0.0006	
	4.0000	0.0006	
	5.0000	0.0006	
50 V	10.000	0.006	V
	20.000	0.006	
	30.000	0.006	
	40.000	0.006	
	50.000	0.006	
500	100.00	0.06	V
	200.00	0.06	
	300.00	0.06	
	400.00	0.06	
	500.00	0.06	
1000	100.0	0.06	V
	400.0	0.06	
	700.0	0.06	
	900.0	0.06	
	1000	0.06	

Matriz 4
Función Resistencia
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
500 Ω	50.00	0.011	Ω
	70.00	0.011	
	100.00	0.018	
	200.00	0.018	
	300.00	0.018	
	400.00	0.018	
	500.00	0.018	
5 kΩ	1.0000	0.00018	kΩ
	2.0000	0.00018	
	3.0000	0.00018	
	4.0000	0.00018	
	5.0000	0.00018	
50 kΩ	10.000	0.0009	kΩ
	20.000	0.0009	
	30.000	0.0009	
	40.000	0.0009	
	50.000	0.0009	
500 kΩ	100.00	0.009	kΩ
	200.00	0.009	
	300.00	0.009	
	400.00	0.009	
	500.00	0.009	
5 MΩ	1.0000	0.0018	MΩ
	2.0000	0.0018	
	3.0000	0.0018	
	4.0000	0.0018	
	5.0000	0.0018	
50 MΩ	10.000	0.018	MΩ
	20.000	0.018	
	30.000	0.018	
	40.000	0.018	
	50.000	0.018	

Matriz 5
Función Corriente Continua
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
5000 µA	1000.0	0.3	µA
	2000.0	0.3	
	3000.0	0.4	
	4000.0	0.4	
	5000.0	0.5	
50 mA	1.000	0.004	mA
	10.000	0.004	
	20.000	0.004	
	30.000	0.004	
	40.000	0.004	
	50.000	0.004	
400 mA	100.00	0.12	mA
	200.00	0.12	
	300.00	0.12	
	400.00	0.12	
	500.00	0.12	
5 A	1.000	0.0012	A
	2.000	0.0012	
	3.000	0.0012	
	4.000	0.0012	
	5.000	0.0012	
10 A	1.000	0.0025	A
	3.000	0.0025	
	6.000	0.0025	
	9.000	0.0025	
	10.000	0.0025	

Matriz 6
Función Corriente Alterna
Equipos de hasta 50 000 Cuentas (5 1/2)
Frecuencia de 45 Hz

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
5000 µA	1000.0	3.2	µA
	2000.0	3.2	
	3000.0	3.2	
	4000.0	3.2	
	5000.0	3.2	
50 mA	10.000	0.04	mA
	20.000	0.04	
	30.000	0.04	
	40.000	0.04	
	50.000	0.04	
400 mA	80.00	0.16	mA
	160.00	0.16	
	240.00	0.16	
	320.00	0.16	
	400.00	0.16	
5 A	1.000	0.0012	A
	2.000	0.0012	
	3.000	0.0012	
	4.000	0.0012	
	5.000	0.0012	
10 A	2.000	0.0025	A
	5.000	0.0025	
	8.000	0.0025	
	10.000	0.0025	

Matriz 7
Función Corri
Equipos de has
Frecuencia de 1

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
5000 µA	1000.0	3.2	µA
	2000.0	3.2	
	3000.0	3.2	
	4000.0	3.2	
	5000.0	3.2	
50 mA	10.000	0.04	mA
	20.000	0.04	
	30.000	0.04	
	40.000	0.04	
	50.000	0.04	
400 mA	80.00	0.16	mA
	160.00	0.16	
	240.00	0.16	
	320.00	0.16	
	400.00	0.16	
5 A	1.000	0.0012	A
	2.000	0.0012	
	3.000	0.0012	
	4.000	0.0012	
	5.000	0.0012	
10 A	2.000	0.0025	A
	5.000	0.0025	
	8.000	0.0025	
	10.000	0.0025	

PC-025 "Procedimiento para la calibración de pinza amperimétrica"

Matriz 8
Corriente DC (Tenaza)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
40 A	4.00	0.044	A
	10.00	0.05	
	20.00	0.06	
	30.00	0.07	
	40.00	0.08	
400	60.00	0.44	A
600 A	100.0	0.7	A
	300.0	0.9	
	500.0	1.3	
	700.0	1.7	
	900.0	2.0	

Matriz 9
Corriente AC (Tenaza)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
40 A	4.00	0.044	A
	10.00	0.05	
	20.00	0.06	
	30.00	0.07	
	40.00	0.08	
400 A	60.00	0.44	A
1000 A	100.0	0.7	A
	300.0	0.9	
	500.0	1.3	
	700.0	1.7	
	900.0	2.0	

Matriz 10
Corriente AC (Sonda Rtra)

Rango	Punto	Incertidumbre Expandida	Unidad
2000 A	100.0	0.7	A
	500.0	1.3	
	1000	1.7	
	1500	2.0	
	2000	2.6	