



MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ  
**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**  
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL SECTOR SALUD  
*"Investigar para proteger la salud"*

**Evaluación del desempeño por marcador serológico  
Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEVED)  
en inmunoserología para Bancos de Sangre tipo II**

**Panel:** INS0122  
**Departamento:** LAMBAYEQUE  
**Establecimiento:** HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE  
**Fecha de Registro:** 19/12/2023

Fecha: 15/05/2024  
Hora: 02:56:15p.m.

<u>Parametro</u>	<u>Resultado</u>
AgHBs	A
anti HBc	A
Chagas	A
HCV	A
HIV	A
HTLV	B
Sifilis	A

Las bases para el criterio de evaluación son los siguientes:

- "A" Resultados correctos, sin resultados Falso - Positivos ni resultados Falso - negativos.
- "B" Fueron observados resultados Falso - Positivos.
- "C" Detección de resultados Falso - Negativos.



Dra Myriam Yasuda

Coordinadora PEVED

correo electrónico: [peedi@ins.gob.pe](mailto:peedi@ins.gob.pe) Telefono 6176200 FAX 6176260 anexo 2194



**COMENTARIOS GENERALES REFERENTES A LOS RESULTADOS  
OBTENIDOS EN EL Programa de Evaluación Externa de Desempeño en  
Inmunoserología**

Después de haber recibido los resultados, el laboratorio organizador envió a todos los laboratorios participantes la clave para autoevaluación.

Posibles fallas en los procedimientos internos de los laboratorios, pueden dar origen a Resultados Falso-Positivos y/o Resultados Falsos Negativos durante el procesamiento del panel.

La revisión de los procedimientos internos y el análisis de los productos y equipos utilizados, deben aclarar las causas de los problemas observados.

Los resultados Falsos Positivos y Falsos Negativos, observados en la presente evaluación, no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia y características de los reactivos utilizados por cada laboratorio participante. Ellos deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, punteras, diluyentes, aparatos en general, programación de las lavadoras, calibración de lectoras, entrenamiento y capacitación del personal técnico involucrado, y controles internos utilizados.