

ENMIENDA 01

Solicitud de Ofertas Bienes
(Proceso de Licitación de sobre único)

ADQUISICIÓN DE "EQUIPOS MENORES PARA EL PROYECTO PE501086026"

SDO N°: 002-2024-INS

Proyecto: PE501086026-2023-PROCIENCIA-BM

Enmienda 1

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
1	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA-CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 X 4 FT	Características <ul style="list-style-type: none">• Dos Filtros HEPA de suministro y escape con eficiencia del 99,99 %. Creando un ambiente con nivel de limpieza ISO 5.• Difusor de metal para el filtro HEPA de suministro.• Sistema de compensación automática de carga de los filtros HEPA.• Nivel de ruido máximo 65 dB. Repuestos y Accesorios <ul style="list-style-type: none">• 01 kit completo de filtro HEPA (01 de suministro y 01 de salida).

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
1	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA-CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 X 4 FT	Características <ul style="list-style-type: none">• Dos Filtros HEPA o ULPA de suministro y escape con eficiencia $\geq 99,99\%$. Creando un ambiente con nivel de limpieza ISO 4 o ISO 5.• Difusor de metal para el filtro de suministro.• Sistema de compensación automática de carga de los filtros.• Nivel de ruido máximo 67dBA. Repuestos y Accesorios <ul style="list-style-type: none">• 01 kit completo de filtro HEPA o ULPA (01 de suministro y 01 de salida).

		<p>Entrega de documentos Para evaluación de oferta</p> <p>NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda</p>
--	--	--

Enmienda 2

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
2	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA-CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 X 6 FT.	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos Filtros HEPA de suministro y escape con eficiencia del 99,99 %. Creando un ambiente con nivel de limpieza ISO 5. • Difusor de metal para el filtro HEPA de suministro. • Sistema de compensación automática de carga de los filtros HEPA. • Recirculación de aire 70%, eliminación de aire por filtro HEPA de 30%. • Nivel de ruido menor a 65 dB <p>REPUESTOS Y ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 filtro HEPA (Suministro) Instalado • 01 filtro HEPA (Extracción) Instalado

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
2	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA-CAMARA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 X 6 FT.	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos Filtros HEPA o ULPA de suministro y escape con eficiencia del 99,99 %. Creando un ambiente con nivel de limpieza ISO 4 o ISO 5. • Difusor de metal para el filtro HEPA de suministro.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de compensación automática de carga de los filtros. • Recirculación de aire 70%, eliminación de aire por filtro de 30%. • Nivel de ruido máximo 67dBA. <p>REPUESTOS Y ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 filtro HEPA o ULPA (Suministro) Instalado • 01 filtro HEPA o ULPA (Extracción) Instalado <p>Entrega de documentos Para evaluación de oferta</p> <p>NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda</p>
--	--	--

Enmienda 3

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
3	REFRIGERADORA DE LABORATORIO 1450 L	Entrega de documentos Para evaluación de oferta

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
3	REFRIGERADORA DE LABORATORIO 1450 L	Entrega de documentos Para evaluación de oferta
		NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se

		encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda
--	--	---

Enmienda 4

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
4	CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL HASTA -86°C	Entrega de documentos Para evaluación de oferta

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
4	CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL HASTA -86°C	Entrega de documentos Para evaluación de oferta NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda

Enmienda 5

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
5	BAÑO MARIA DIGITAL DE 24LT	Parámetros de Funcionamiento • Pantalla LCD o táctil para lectura de valores y programación de parámetros

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
5	BAÑO MARIA DIGITAL DE 24LT	Parámetros de Funcionamiento • Pantalla LCD, LED o táctil para lectura de valores y programación de parámetros Entrega de documentos Para evaluación de oferta NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda

Enmienda 6

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
6	CENTRIFUGA REFRIGERADA	Entrega de documentos Para evaluación de oferta

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
6	CENTRIFUGA REFRIGERADA	<p>Entrega de documentos Para evaluación de oferta</p> <p>NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda</p>

Enmienda 7

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
7	INCUBADORA DE CO2	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incubadora CO2 apilable. • Interfaz con pantalla táctil de 7" a 10" aprox.

Debe decir:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
7	INCUBADORA DE CO2	<p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incubadora CO2. • Interfaz con pantalla táctil o LCD de 5" a 10" aprox. <p>Entrega de documentos Para evaluación de oferta</p> <p>NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda</p>

Enmienda 8

3. Especificaciones técnicas

Dice:

Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
8	INCUBADORA CON AGITACIÓN REFRIGERADA	Entrega de documentos Para evaluación de oferta

Debe decir:


Resumen de las especificaciones técnicas. Los Bienes y Servicios Conexos deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N.º de artículo	Nombre de los Bienes o Servicios Conexos	Especificaciones Técnicas y Normas
8	INCUBADORA CON AGITACIÓN REFRIGERADA	Entrega de documentos Para evaluación de oferta NOTA: Las características técnicas no verificable dentro del manual, catálogo o ficha técnica podrán ser corroboradas a través carta o declaración jurada emitida por el fabricante. Si la carta o declaración jurada se encuentra en idioma distinto al español se deberá presentar su respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda

Lima, 20 de setiembre de 2024

El Comité de Evaluación de Adquisiciones


Ever Francisco Cordova Diaz
Primer Miembro Titular


Marco Coaguila Mamani
Segundo Miembro Titular


Diego Ernesto Tello Robalino
Tercer Miembro Titular