

ACLARACIONES DE CONSULTAS

SDO-016-2024-UNMSM

Adquisición de un "LOTE 1: ESTEREOMICROSCOPIOS PARA INVESTIGACIÓN:

Sub Lote 1.1: 01 Estereomicroscopio Trilocular Motorizado

Sub Lote 1.2: 02 Estereomicroscopios Bilocular"

Contrato: PE501085965-2023-PROCIENCIA-BM

CONSULTA 11.

Referencia del SDO

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Numeral: Especificaciones técnicas

Literal: Sub lote: 01 Estereomicroscopio trilocular motorizado

Página: 88

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Solicitan: Resolución mayor de 20.0 megapíxeles.

Consulta

Considerando que, la resolución de la cámara de acuerdo al segmento varían por rangos aproximados, solicitamos en aras de fomentar la mayor participación de postores y marcas, aceptar también cámara de resolución de 20 megapíxeles o mayor

RESPUESTA:

Esta solicitud de oferta brinda las características mínimas que los licitantes van a poder ofrecer. El bien a ofertar deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas que forman parte de la Solicitud de Oferta.

CONSULTA 12.

Referencia del SDO

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Numeral: Especificaciones técnicas

Literal: Sub lote: 01 Estereomicroscopio trilocular motorizado

Página: 88

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Solicitan: Sistema de cámara / Software

Consulta

Consultamos amablemente al Comité confirmar si la cámara y el software deben ser de la misma marca que el estereomicroscopio para evitar incompatibilidades y si se debe incluir la licencia de software.

RESPUESTA:

Efectivamente la cámara y estereomicroscopio deben ser de misma marca. En cuanto al software, el software no tiene que ser de la misma marca, pero si desarrollado para el manejo efectivo del equipo a ofertar; además, el bien a ofertar debe incluir el software

con licencia y esta licencia debe permitir su uso durante el tiempo de vida del estereomicroscopio.

CONSULTA 13.

Referencia del SDO

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Numeral: Especificaciones técnicas

Literal: Sub lote: 01 Estereomicroscopio trilocular motorizado

Página: 88

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Solicitan: Computadora: equipada con el sistema operativo Microsoft Windows 11.

Consulta

Al ser Windows 10 un sistema operativo que se encuentra disponible comercialmente para la configuración de diversos ordenadores consultamos amablemente al Comité si aceptarían una computadora con sistema operativo Microsoft Windows 10, como mínimo.

RESPUESTA:

Esta solicitud de oferta brinda las características mínimas que los licitantes van a poder ofrecer. El bien a ofertar deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas que forman parte de la Solicitud de Oferta.

CONSULTA 14.

Referencia del SDO

Sección: Sección IV. Formularios de la Oferta

Numeral: 5.3 Servicios conexos

Literal: 5.3.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Página: 91

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Personal clave:

El personal que realice el servicio de mantenimiento deberá tener experiencia como mínimo en instalación y mantenimiento de equipos similares y con entrenamiento en fábrica (deseable que el personal tenga un mínimo de 3 años de experiencia). Se debe acreditar con certificados de la casa matriz donde se llevó a cabo el entrenamiento.

Consulta

Considerando que, solicitan que sea deseable que el personal tenga 03 años de experiencia y en aras de fomentar la mayor participación de postores, solicitamos aceptar también: El personal que realice el servicio de mantenimiento deberá tener experiencia como mínimo en instalación y mantenimiento de equipos similares y con entrenamiento en fábrica con dos años de experiencia como mínimo. Se debe acreditar con certificados de la casa matriz donde se llevó a cabo el entrenamiento.

RESPUESTA:

El personal a cargo deberá tener mínimo 03 años de experiencia, como se requiere en las especificaciones técnicas contenidas en la Solicitud de Oferta.

CONSULTA 15.

Referencia del SDO

Sección: Sección IV. Formularios de la Oferta

Numeral: 5.5 Requisitos del proveedor

Página: 92

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Capacitador:

Considerando nuestra consulta anterior, solicitamos también aceptar que, el personal que realice el servicio de instalación debe estar registrado en planilla y tener dos (2) años de experiencia como mínimo en instalación de instrumentos similares con entrenamiento en fábrica. Se debe acreditar con certificados de la casa matriz donde se llevó a cabo el entrenamiento

Consulta

Considerando nuestra consulta anterior, solicitamos también aceptar que, el personal que realice el servicio de instalación debe estar registrado en planilla y tener dos (2) años de experiencia como mínimo en instalación de instrumentos similares con entrenamiento en fábrica. Se debe acreditar con certificados de la casa matriz donde se llevó a cabo el entrenamiento

RESPUESTA:

Remitirse a respuesta a consulta 15.

CONSULTA 16.

Referencia del SDO

Sección: Sección IV. Formularios de la Oferta

Numeral: 5.7 Lugar y plazo de ejecución de entrega

Página: 92

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Solicitan: 5.7 Lugar y plazo de ejecución de entrega La cotización que presenta la Proponente se entiende que su precio no está sujeto a ningún tipo de ajuste y en este se encuentran incluidos todos los gastos que pudieran afectar al bien cotizado. Incluye además el transporte al lugar de entrega, el cual se deberá entregar en su totalidad en el Departamento de Entomología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Avenida Arenales 1256, Jesús María – Lima.

Consulta

favor de aclarar los INCORTERMS permitidos a cotizar, de cotizar bajo la modalidad DDP (venta sucesiva), favor de confirmar que, bajo dicho requerimiento la importación de bienes realizada por las universidades está inafecta del IGV, siempre que dichos bienes se encuentren comprendidos en el Nuevo Anexo II del Decreto Supremo 046-97-

EF y que se destinen única y exclusivamente al cumplimiento de sus fines propios, Solicitamos aclarar sí se podrá cotizar en VENTA SUCESIVA (sólo para los bienes que se encuentren liberados de impuestos)

De confirmar nuestra consulta, solicitamos confirmar también que de ofertar en modalidad venta sucesiva, se aceptarán la siguiente facturación: Factura no afecta al igv por el bien, que incluye flete, seguro y margen comercial, Factura afecta a igv por trámites de liberación y Factura afecta al igv por compras locales, según aplique

RESPUESTA:

En la Solicitud de Oferta, en el numeral 14.8 de la Sección II. Datos de la Licitación (DDL), se indica que la oferta es sobre venta sucesiva, por lo siguiente, revisar la respuesta a la consulta 6.

CONSULTA 17.

Referencia del SDO

Sección: Sección IV. Formularios de la Oferta

Numeral: 5.3 Inspecciones y pruebas

Página: 91

Sustento mencionado por el licitante:

Antecedente:

Solicitan: Se realizarán las siguientes inspecciones y pruebas: Verificación operacional del equipo según las especificaciones técnicas del equipo, tales como resolución alcanzada en los modos de alto y bajo vacío y la rotación de la platina que sean necesarios para el equipo.

Consulta

Las pruebas solicitadas no corresponden al objeto de la convocatoria sino a otro tipo de microscopio por lo que solicitamos amablemente al Comité aceptar las pruebas según el protocolo de cada fabricante.

RESPUESTA:

Remitirse a la enmienda 3.