



COD. PARTICIPANTE: S-09

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CENTRO NACIONAL EN SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
UNIDAD DE BACTERIOLOGÍA
LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA ESPECIAL

FICHA PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN EL DIAGNÓSTICO
SEROLÓGICO DE SÍFILIS

DIRESA o DISA: DIRESA Callao
Establecimiento de Salud: Laboratorio de Referencia Regional de ITS DLSP
Fecha de recepción del Panel: 12/09/2024
Fecha de emisión del resultado: 21/09/2024 N° teléfono de Referencia: 998076200

I. RESULTADO DE LA PRUEBA DE TAMIZAJE

Técnica utilizada: RPR (X), VDRL (), USB (), Prueba Rápida sífilis (PRS) () Otro.....

Código de la muestra	RPR Cualitativo	RPR Cuantitativo	Resultado Consenso	Resultado del Laboratorio evaluador *
SIF-001-24	R	128 Dils	Reactivo 64 Dils Reactivo 128 Dils	Reactivo 128 Dils
SIF-002-24	R	16 Dils	Reactivo 8 Dils Reactivo 16 Dils	Reactivo 16 Dils
SIF-003-24	NR		No Reactivo	No Reactivo
SIF-004-24	R	32 Dils	Reactivo 32 Dils Reactivo 64 Dils	Reactivo 32 Dils
SIF-005-24	R	4 Dils	Reactivo 4 Dils Reactivo 8 Dils	Reactivo 4 Dils
Puntuación		90		
Formulario con información completa		5	—	—
Tiempo de emisión de resultados		5	—	—
Concordancia		100%		

(*) Casillero para ser llenado por el INS

DATOS DEL REACTIVO

Nombre del reactivo: RPR Marca: Fortress Lote: RK - 2407 - 1

Presentación del kit: 100 Deter. Fecha de expiración: 12/2026

Analista que realizó la prueba: Lic. T.M Ludy Victoria Puente Auccapoma



Observaciones: Concordancia Aceptable: ≥ 80%.



COD. PARTICIPANTE: S-09

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CENTRO NACIONAL EN SALUD PÚBLICA
SUBDIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA ESPECIAL

Fecha de emisión del resultado: 21 - 09 - 24

II. RESULTADO DE LA PRUEBA CONFIRMATORIA

Prueba: Hemaglutinación-TPHA (x), FTA-Abs IgG e IgM (), Otra: ...

Código de la muestra	TPHA	Resultados Consenso	Resultado del Laboratorio evaluador *
SIF-001-24	R	Reactivo	Reactivo
SIF-002-24	R	Reactivo	Reactivo
SIF-003-24	NR	No Reactivo	No Reactivo
SIF-004-24	R	Reactivo	Reactivo
SIF-005-24	R	Reactivo	Reactivo
Puntuación	90	-----	-----
Formulario con información completa	5	-----	-----
Tiempo de emisión de resultados	5	-----	-----
Concordancia	100%	-----	-----

- (*) Casillero para ser llenado por el INS

DATOS DEL REACTIVO

Nombre del reactivo: TPHA Test

Marca: Cromatest

Lote: 25486

Presentación del kit: 200 test

Fecha de expiración: 2024-03-30

Analista que realizó la prueba: Lic. T.M Mary Lucy Elizabeth Quispe León

Observaciones: Concordancia aceptable: $\geq 80\%$.

RESULTADO DE CONCORDANCIA FINAL CON EL LABORATORIO EVALUADOR

Concordancia Prueba de RPR: 100.0%

Concordancia Prueba de TPHA: 100.0%

Concordancia Final: 100.0% "Aceptable"

Recomendaciones:

Para el reporte de resultados de muestras procesadas con las pruebas de RPR y TPHA se debe usar la denominación estandarizada como país "Reactivo" y "No Reactivo" tomar en cuenta para futuros reportes, evitar el uso de abreviaturas.

Responsable Laboratorio de Referencia Nacional de BAES del INS.



	PROCEDIMIENTO	PRT-CNSP-012
	ENSAYOS INTERLABORATORIOS E INTRALABORATORIOS	Edición N° 02

ANEXO B

 Constancia de Participación y Evaluación Concedido a LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PÚBLICA CALLAO	
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Centro Nacional de Salud Pública Cápac Yupanqui N° 1400, Jesús María-Lima 11	
Hace constar que dicha institución ha participado y ha sido evaluado obteniendo una calificación satisfactoria en el Ensayo Interlaboratorios: <p style="text-align: center;">PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE DESEMPEÑO EN EL ENSAYO INTERLABORATORIOS DE PRUEBAS PARA EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE SÍFILIS - 2024</p>	
El presente reconocimiento se aplica a: <ul style="list-style-type: none"> - Método de Ensayo Reagina Plasmática Rápida (RPR). - Método de Ensayo Hemaglutinación en Placa para la Determinación de Anticuerpos Anti <i>Treponema pallidum</i> (TPHA). 	
Durante el periodo: <p style="text-align: center;">Año - 2024</p>	
Fecha de emisión: Diciembre 2024	
  Dra. Ana E. Jorge Berrocal	 LUIS FERNANDO DONAIRES TOSCANO Director Centro Nacional de Salud Pública INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Laboratorio Organizador	Director General CNSP/INS