

ACLARACIONES DE CONSULTAS

SDC-05-2025-UNMSM

Solicitud de Cotización para la Adquisición de una cámara de
Aspiración de Gases

Contrato N° PE501085343-2023-PROCIENCIA-BM

CONSULTA 1.

Número de filtros: 1 filtro tipo BED, BE para vapores de ácidos inorgánicos y D filtro HEPA para filtración de polvos y humos. Al respecto debemos indicar que el filtro BED es un filtro que incluye los subfiltros BE y D. Por lo que debemos aclarar que no se trata de 3 filtros diferentes. Por esta razón solicitamos amablemente al comité confirmar si lo que se requiere es:

Número de filtros: 1 filtro tipo BED, el cual incluye el filtro tipo BE para vapores de ácidos inorgánicos, y el filtro tipo D que es un filtro HEPA para filtración de polvos y humos.

RESPUESTA

Correcto, se requiere como mínimo un filtro para vapores ácidos e inorgánicos y otro para polvos y humos.

CONSULTA 2.

Tiempo de entrega del equipo: Será de 20 (veinte) días calendarios, contados desde el día.

Al respecto debemos indicar que éste es un equipo de importación de Europa, el cual toma un tiempo considerable porque se prepara a pedido para el cliente que lo solicita. Por esta razón solicitamos amablemente al comité cambiar este parámetro de la siguiente manera:

Tiempo de entrega del equipo: Será de 90 (noventa) días calendarios, contados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

RESPUESTA

El tiempo de entrega se extenderá hasta máximo 90 días calendarios.

Fecha de elaboración: 18 de junio de 2025

El Comité de Evaluación de Adquisiciones